2012年 1月18日作成（新様式第1版）　　医療機器認証番号：223AABZX00110000

機械器具25　医療用鏡
管理医療機器　ビデオ軟性大腸鏡　JMDNコード：36117000
（ビデオ軟性Ｓ字結腸鏡　JMDNコード：17664000）

「電子内視鏡　EC-590ZP」の付属品
Jチューブ　JT-500

【形状・構造及び原理等】
本製品は、当社内視鏡で、取扱説明書の「付録」章に消耗品として
Jチューブ　JT-500が記載されている機種に使用すること。

適用内視鏡　　：EC-590ZP

オートクレーブ：可

本製品は、未滅菌である。
（用時滅菌品）

【使用上の注意】
＜使用注意＞
準備と点検
・本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。
使用方法
・本製品の使用方法は、使用する内視鏡の取扱説明書を参照すること。

＜重要な基本的注意＞
洗浄・消毒・滅菌
・クロイツフェルト・ヤコブ病患者または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、専用の機器として使用するか、使用後に適切な方法で廃棄すること。使用する内視鏡の取扱説明書「洗浄・消毒・保管編」に記載する洗浄・消毒・滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の原因物質を取り除くことができないため、感染源となるおそれがある。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応方法は、種々のガイドラインを参照すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
＜有効期間・使用の期限（耐用期間）＞
本製品の有効期限は未使用の場合3年間とする。
「自己認証（当社データ）による」
本製品は、消耗品である。
使用前点検の結果、必要がある場合は新品と交換すること。

【包装】
1個／パック

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
富士フイルム株式会社
神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地
TEL：0120-771669

製造業者
富士フイルムオプティクス株式会社
フジノン水戸事業所

販売業者
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布二丁目26番30号
TEL：03-6419-8033

販売店

FW943A-6 202B1223504
1201-1.0-FM